



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАНАЛИТИКА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 10, литер К, комната 93

Основной государственный регистрационный номер 1027801568618.

Телефон: +7(812) 336-42-06 Адрес электронной почты: mail@infogas.ru

в лице Генерального директора Тележко Владислава Михайловича

заявляет, что Оборудование измерительное: Анализаторы общего азота и общего углерода лабораторные модель "АЛМАЗ" (модификации " АЛМАЗ N", " АЛМАЗ С", " АЛМАЗ NC").

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАНАЛИТИКА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 10, литер К, комната 93

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4215-031-46919435-2022 (ЛШЮГ.413411.031 ТУ)

Анализаторы общего азота и общего углерода лабораторные "АЛМАЗ" (модификации " АЛМАЗ N", " АЛМАЗ С", " АЛМАЗ NC").

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9027101000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 35/ИЦ-30.09/22 от 30.09.2022 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

(регистрационный номер аттестата аккредитации MSMQ.01.A.011805)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования», подразделы 6.2 и 7.2 ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.09.2027 включительно.

(подпись)

Тележко Владислав Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.03153/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.09.2022